

招 标 文 件

（货物类）

采购项目名称：环境工程专业建设设备

采购项目编号：**N5100012024003326**

四川轻化工大学

四川盐律建设项目管理有限公司共同编制

2024年10月30日

第一章 投标邀请

四川盐律建设项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受四川轻化工大学委托，拟对环境工程专业建设设备采用公开招标方式进行采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。本项目为四川省省本级政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

1.1.采购项目编号： N5100012024003326

1.2.采购项目名称： 环境工程专业建设设备

1.3.招标项目简介

环境工程学科还面临新的问题即学科高速发展，监测手段，实验设备、实验方法等日新月异，传统的实验设置和设备严重不能满足现在新工科的设置要求，本次所采购仪器设备主要用于环境工程专业建设，环境工程等专业的本科实验教学、大学生创新创业训练及研究生培养工作，为工程教育专业认证作准备。

1.4.邀请供应商方式

本项目以招标公告的方式邀请供应商参加投标，招标公告在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）发布。

1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：无。

采购包2：无。

三、本项目的特定资格要求：

无

1.6.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取招标文件，编制、签章、加密并提交投标文件，参加开标、解密投标文件和电子评标，签订采购合同等。

二、供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书和电子印章，参加本项目电子化采购活动；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未

办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

四、采购平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务电话：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

1.7.招标文件获取时间、方式及地址

一、招标文件获取时间：详见采购公告。

二、采购人或者代理机构应当在招标文件获取时间开始前，将本项目电子招标文件上传至交易系统，向投标人免费提供，投标人通过交易系统获取招标文件。投标人成功获取招标文件后，将收到已获取招标文件的回执单。未按规定获取招标文件的投标人，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

注：获取的招标文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

1.8.投标截止时间及开标时间、方式、地点

一、投标截止时间及开标时间：详见采购公告。

二、投标人应当在投标截止时间前，通过交易系统提交投标文件。成功提交的，投标人将收到已提交投标文件的回执单。

三、本项目采取网上开标，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

1.9.供应商信用融资

为助力解决政府采购中标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标结果、中标通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

1.10.联系方式

采购人：四川轻化工大学

地址：自贡市自流井区汇兴路519号

邮编：643000

联系人：张老师

联系电话：0813-5505560

代理机构：四川盐律建设管理有限公司

地址：四川省自贡市自流井区兴川南街760号2栋8-2号

邮编：643000

联系人：刘先生

联系电话： 0813-6681231

第二章 投标人须知

2.1.投标人须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算及最高限价★	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：683,800.00元 采购包2：800,000.00元 投标人报价不得超过招标文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，投标人报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。
2	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 （具体规则详见第五章）
3	是否接受联合体★	采购包1：不接受联合体 采购包2：不接受联合体 如接受联合体，需符合以下要求： 一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。 三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4	投标（响应）保证金★	本项目不收取投标（响应）保证金。

5	履约保证金★	采购包1：收取 本采购包履约保证金为合同金额的5% 交款方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 收款单位：四川轻化工大学。开户行：签订合同前由采购人确定。银行账号：签订合同前由采购人确定。交款时间：成交通知书发放后，政府采购合同签订前。注：提供保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消成交资格，采购人将重新确定中标人，并依法追究法律责任。履约保证金退还方式：签订合同时由采购人和中标人在合同中进行约定。履约保证金退还时间：经合同履行完成后，所供货物无任何质量和售后服务问题的情况下，中标人向采购人(使用单位)提出退还履约保证金申请，由采购人(使用单位)一次性向中标人无息退还。若中标人违约，采购人可以先从履约保证金中扣除违约金，不足部分中标人应另行支付，同时中标人应在3日内补足履约保证金。履约保证金不予退还情形：签订合同时由采购人和中标人在合同中进行约定。履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。 采购包2：收取 本采购包履约保证金为合同金额的5% 交款方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 收款单位：四川轻化工大学。开户行：签订合同前由采购人确定。银行账号：签订合同前由采购人确定。交款时间：成交通知书发放后，政府采购合同签订前。注：提供保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消成交资格，采购人将重新确定中标人，并依法追究法律责任。履约保证金退还方式：签订合同时由采购人和中标人在合同中进行约定。履约保证金退还时间：经合同履行完成后，所供货物无任何质量和售后服务问题的情况下，中标人向采购人(使用单位)提出退还履约保证金申请，由采购人(使用单位)一次性向中标人无息退还。若中标人违约，采购人可以先从履约保证金中扣除违约金，不足部分中标人应另行支付，同时中标人应在3日内补足履约保证金。履约保证金不予退还情形：签订合同时由采购人和中标人在合同中进行约定。履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。
6	投标有效期★	提交投标文件的截止之日起不少于 90 天。投标文件未明确投标有效期或者少于前述规定天数的，其投标文件按无效处理。
7	代理服务费★	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标人 代理服务费收费标准：采购包1：若中标金额≥ 100万元，按照中标金额的0.65%向中标供应商收取；若中标金额< 100万元，按照中标金额的0.70%向中标供应商收取。采购包2：若中标金额≥ 100万元，按照中标金额的0.65%向中标供应商收取；若中标金额< 100万元，按照中标金额的0.70%向中标供应商收取。（收款单位：四川盐律建设项目管理有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司自贡龙汇路支行 帐号：5105 0161 0041 0000 0061）
8	中标结果公告	中标结果将在四川政府采购网予以公告。
9	是否组织潜在投标人现场考察	采购包1：否 采购包2：否
10	是否召开开标前答疑会	否

11	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： 一、交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； 二、因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； 三、其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。 注： 1.平台系统故障认定以四川政府采购网发布的系统运维通知内容为准； 2.故障处理详见第二章规定。
12	报价/分值精确度	所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。
13	实质性要求	本招标文件中“★”要求为实质性要求。投标人应当按照第五章评标程序中的符合性审查规定，在投标文件中进行实质性响应，否则作无效投标处理。
14	其他说明	本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2.总则

2.2.1.适用范围

- 一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。
- 二、本招标文件由 四川轻化工大学 和 四川盐律建设项目管理有限公司 负责解释。

2.2.2.有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 四川轻化工大学 。
- 二、“投标人”是指按照采购公告规定获取招标文件的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 四川盐律建设项目管理有限公司 。
- 四、“网上开标”是指代理机构通过交易系统在线组织投标文件解密，投标人通过交易系统在线解密投标文件等活动。
- 五、“电子评标”是指采购人或者代理机构开展资格审查，评标委员会开展符合性审查、比较与评价、推荐中标候选人、出具评标报告等活动。

2.3.招标文件

2.3.1.招标文件的构成

招标文件由采购人、代理机构编制，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

- 一、投标邀请；
- 二、投标人须知；
- 三、技术、服务及其他要求；
- 四、资格审查；
- 五、评标办法；
- 六、投标文件格式；
- 七、拟签订采购合同文本。

2.3.2.招标文件的澄清和修改

一、投标截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在四川政府采购网发布更正公告，并将更正后的招标文件上传至交易系统。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少15日前，通过交易系统向已获取招标文件的投标人发送更正信息；不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标人根据更正公告、更正信息要求，下载更正后的招标文件，进行投标文件编制。

2.4.投标文件

2.4.1.投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与评标委员会在评标过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。投标文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，评标委员会将视其为无效材料，但以下情形除外：

（一）投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照。

（二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2.计量单位★

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3.投标货币★

本项目均以人民币报价。

2.4.4.知识产权★

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由投标人承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如使用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5.投标报价★

投标人的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括投标人完成本项目所需的一切费用。投标人对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

按照招标文件第五章评标办法规定进行价格修正的，修正后的报价经投标人加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同投标人不确认，其投标无效。

在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过交易系统进行书面说明并加盖电子印章，必要时提交相关证明材料。投标人应当在评标委员会要求的时间内通过交易系统提交书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.4.6.投标文件的编制、签章和加密★

一、投标人应当按照招标文件规定编制投标文件，招标文件第六章对投标文件格式有要求的，按照格式要求编制投标文件，没有格式要求的，由投标人自行编写。

二、投标人通过四川政府采购网-下载专区下载投标（响应）客户端，使用投标（响应）客户端编制投标文件，完成投标文件编制、加盖电子印章和加密。

2.4.7.投标文件的提交★

一、投标截止时间前，投标人通过交易系统完成投标文件提交，成功提交投标文件的，将收到成功提交投标文件的回执单。成功提交投标文件的投标人信息在投标截止时间前，将加密保存。

未按招标文件和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的投标文件，将被拒绝接收。

二、投标截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标截止时间前完成提交。

三、除投标人外，其他任何单位和个人不得解密投标文件或者调整修改已提交投标文件的内容及提交状态。

2.4.8.投标文件的补充、修改、撤回★

投标截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

投标人投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5.开标、资格审查、评标和中标

2.5.1.开标

2.5.1.1.开标程序

投标截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开标，在线解密投标文件。

2.5.1.2.解密投标文件★

投标截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用加密投标文件的数字证书进行投标文件解密。除因平台系统故障导致投标人未按时完成解密外，投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

2.5.1.3.有关要求

投标文件解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），代理机构通过交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，投标人对开标过程有疑义，可向代理机构提出询问，代理机构应当及时予以答复。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

成功提交或者成功解密电子投标文件的投标人不足3家的，采购人或者代理机构将作废标处理。

2.5.2.查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）等渠道，查询投标人在投标截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的投标人参加本项目的采购活动。

组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3.资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4.评标

详见招标文件第五章。

2.5.5.中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标人后，代理机构在四川政府采购网发布中标结果公告、通过交易系统发出中标通知书，中标人通过交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。中标人放弃中标项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.6.合同签订、备案、履行及验收

2.6.1.签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起**30**日内与中标人签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起**7**日内完成合同签订事宜。

二、采购人和中标人签订的书面合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、政府采购合同自采购人和中标人在书面合同上签章之日起生效。

四、中标人完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.6.2.政府采购合同公告、备案

政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起**2**个工作日内在四川政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

2.6.3.合同分包和转包★

2.6.3.1.合同分包

本项目不允许合同分包。

2.6.3.2.合同转包

一、严禁中标人将本项目合同转包。

二、中标人将合同转包的，将依法追究法律责任。

2.6.4.采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.5.履行合同

一、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

2.6.6.履约验收方案

一、验收组织方式：

采购包**1**： 自行验收

采购包**2**： 自行验收

二、是否邀请本项目的其他供应商：

采购包1： 否

采购包2： 否

三、是否邀请专家：

采购包1： 否

采购包2： 否

四、是否邀请服务对象：

采购包1： 否

采购包2： 否

五、是否邀请第三方检测机构：

采购包1： 否

采购包2： 否

六、履约验收程序：

采购包1： 一次性验收

采购包2： 一次性验收

七、履约验收时间：

采购包1：

1、验收条件说明： 中标人供货完成，且所有设备试运行至少15日后，通过试运行验收后提请综合验收，达到验收条件起 30 日内，验收合同总金额的 100.00%；

采购包2：

1、验收条件说明： 中标人供货完成，且所有设备试运行至少15日后，通过试运行验收后提请综合验收，达到验收条件起 30 日内，验收合同总金额的 100.00%；

八、验收组织的其他事项：

采购包1： 对中标供应商提供的货物完整性、功能性以及其他商务内容进行验收。

采购包2： 对中标供应商提供的货物完整性、功能性以及其他商务内容进行验收。

九、技术履约验收内容：

采购包1： 按采购文件、中标供应商投标文件应答参数、中标供应商提供的货物实际功能参数及双方合同约定进行验收

采购包2： 按采购文件、中标供应商投标文件应答参数、中标供应商提供的货物实际功能参数及双方合同约定进行验收。

十、商务履约验收内容：

采购包1： 按采购文件、中标供应商投标文件应答内容及双方合同约定进行验收

采购包2： 按采购文件、中标供应商投标文件应答内容及双方合同约定进行验收。

十一、履约验收标准：

采购包1： 按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《四川轻化工大学采购项目验收管理办法》（川轻化〔2020〕11号）以及招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与合同约定标准的要求进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由招标人在招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

采购包2： 按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《四川轻化工大学采购项目验收管理办法》（川轻化〔2020〕11号）以及招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与合同约定标准的要求进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由招标人在招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

十二、履约验收其他事项：

采购包1： 无

采购包2：无

2.6.7.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

2.7.纪律要求

2.7.1.保密要求

采购人、代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

2.7.2.投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装；
- （六）不同投标人的投标保证金从同一单位和账户转出。

二、有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

- （一）投标人直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- （二）投标人按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- （三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- （四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
- （六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- （七）投标人与采购人或者代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

三、提供虚假材料谋取中标；

四、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

五、与采购人或者代理机构、其他投标人恶意串通；

六、向采购人或者代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

七、在招标过程中与采购人或者代理机构进行协商谈判；

八、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

九、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

十、将政府采购合同转包或者违规分包；

十一、提供假冒伪劣产品；

十二、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十三、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十四、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有前述第一至七条情形的，认定其投标无效；中标人有前述第二至七条情形之一的，认定中标无效。此外，将按照

规定追究投标人法律责任。属于恶意串通的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对投标人处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。其中，对涉嫌串通投标罪的，移送公安机关侦查处理，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十三条规定，投标人相互串通投标报价，损害采购人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与采购人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照上述规定处罚。

2.7.3.采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- 一、参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- 二、参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- 三、参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- 四、与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- 五、与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8.询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、投标人询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，投标人对招标文件中采购需求的询问、质疑由 四川轻化工大学 负责答复；投标人对除采购需求外的招标文件的询问、质疑由 四川盐律建设项目管理有限公司 负责答复；投标人对采购过程、采购结果的询问、质疑由 四川盐律建设项目管理有限公司 负责答复。投标人提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知投标人向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。

答复主体：代理机构

联系人：张先生

联系电话：0813-6681238

地址：四川省自贡市自流井区兴川南街760号2栋8-2号

邮编：643000

三、投标人提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由投标人签字并加盖公章。

四、投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、投标人通过书面形式线下向采购人或者代理机构提交质疑资料。

六、投标人提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑函正本1份；（政府采购投标人质疑函范本可在四川政府采购网下载专区下载）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

(四) 委托代理人身份证复印件1份(委托代理人办理质疑事宜的需提供);

(五) 针对质疑事项必要的证明材料(针对招标文件提出的质疑,需提交从交易系统获取的招标文件回执单)。

注:根据《中华人民共和国政府采购法》的规定,投标人质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、投标人对采购人或者代理机构的质疑答复不满意、采购人或者代理机构未在规定期限内作出答复的,投标人可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。(政府采购供应商投诉书范本可在四川政府采购网下载专区下载)

财政部门联系方式详见四川政府采购网-下载专区-政府采购供应商投诉书范本-政府采购供应商投诉书范本及受理投诉联系方式。

八、法律责任

采购人、代理机构有下列情形之一的,由财政部门责令限期改正;情节严重的,给予警告,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,由其行政主管部门或者有关机关给予处分,并予通报:

- (一) 拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函;
- (二) 对质疑不予答复或者答复与事实明显不符,并不能作出合理说明;
- (三) 拒绝配合财政部门处理投诉事宜。

投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的,由财政部门列入不良行为记录名单。投标人有下列行为之一的,属于虚假、恶意投诉,由财政部门列入不良行为记录名单,禁止其1至3年内参加政府采购活动:

- (一) 捏造事实;
- (二) 提供虚假材料;
- (三) 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问,投标人无法证明其取得方式合法的,视为以非法手段取得证明材料。

2.9.电子化采购特殊情形处理

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案,根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》等规定,依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。

2.9.1.平台系统故障处理

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常,导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应、签订采购合同过程中,遇到影响业务操作的平台系统故障,应当暂停操作,通过采购平台4001600900电话或者在线客服进行反馈,对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障,供应商应同时告知代理机构;供应商和评审专家在电子化采购评审过程中,遇到系统故障的,向代理机构进行反馈,代理机构应及时进行核实,对影响采购活动开展的,应当暂停操作,并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道进行反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定,对认定为平台系统故障的,通过四川政府采购网发布运维通知,明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后,采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情况,根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》第三十四条规定和应急处置预案进行处理,依法开展后续采购活动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的,采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后,根据有关规定依次顺延相关截止时间,并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的,采购人、代理机构、供应商、评审委员会应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障,不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作,并承担准备验证不充分产生的不利后果。

2.9.2.其他特殊情形处理

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》第三十四条规定和应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

2.9.3.注意事项

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

2.10.样品评审

采购包1：不需要样品评审

采购包2：不需要样品评审

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在招标文件中明确线下样品评审规则和方式，不得对投标人实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：683,800.00

采购包最高限价（元）：683,800.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	教学仪器	高低温冻融循环箱	1.00（台）	76,000.00	工业	是	否	否	否	否
2	教学仪器	气氛管式炉	1.00（台）	40,000.00	工业	否	否	否	否	否
3	教学仪器	3D打印机	1.00（台）	30,000.00	工业	否	否	否	否	否
4	教学仪器	箱式气氛炉	1.00（台）	30,000.00	工业	否	否	否	否	否
5	教学仪器	电磁振动台	1.00（台）	43,000.00	工业	否	否	否	否	否
6	教学仪器	液相色谱仪	1.00（台）	340,000.00	工业	否	否	否	否	否
7	教学仪器	油浴高压反应釜	1.00（台）	60,000.00	工业	否	否	否	否	否
8	教学仪器	实验室蒸汽蒸压釜	1.00（台）	59,800.00	工业	否	否	否	否	否
9	教学仪器	六联磁力加热搅拌器	1.00（台）	5,000.00	工业	否	否	否	否	否

采购包2：

采购包预算金额（元）：800,000.00

采购包最高限价（元）：800,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	教学仪器	烟气流程激光记录装置	1.00（台）	48,000.00	工业	否	否	否	否	否
2	教学仪器	气体质量流量控制器	1.00（台）	20,200.00	工业	否	否	否	否	否
3	教学仪器	电子天平	1.00（台）	3,700.00	工业	否	否	否	否	否
4	教学仪器	摄像机	1.00（台）	7,500.00	工业	否	否	否	否	否
5	教学仪器	温度采集器	6.00（台）	24,000.00	工业	否	否	否	否	否
6	教学仪器	热流传感器及数据采集器	1.00（台）	30,000.00	工业	否	否	否	否	否
7	教学仪器	风速测量仪	2.00（台）	113,600.00	工业	否	否	否	否	否
8	教学仪器	5MW全尺寸热释放速率测量仪	1.00（台）	553,000.00	工业	是	否	否	否	否

报价要求

采购包1:

序号	报价内容	数量	单价	最高限价	价款形式	报价说明
1	高低温冻融循环箱	1.00（台）	76,000（元）	76,000.00	总价	无
2	气氛管式炉	1.00（台）	40,000（元）	40,000.00	总价	无
3	3D打印机	1.00（台）	30,000（元）	30,000.00	总价	无
4	箱式气氛炉	1.00（台）	30,000（元）	30,000.00	总价	无
5	电磁振动台	1.00（台）	43,000（元）	43,000.00	总价	无
6	液相色谱仪	1.00（台）	340,000（元）	340,000.00	总价	无
7	油浴高压反应釜	1.00（台）	60,000（元）	60,000.00	总价	无
8	实验室蒸汽蒸压釜	1.00（台）	59,800（元）	59,800.00	总价	无

9	六联磁力加热搅拌器	1.00（台）	5,000（元）	5,000.00	总价	无
---	-----------	---------	----------	----------	----	---

采购包2：

序号	报价内容	数量	单价	最高限价	价款形式	报价说明
1	烟气流场激光记录装置	1.00（台）	48,000（元）	48,000.00	总价	无
2	气体质量流量控制器	1.00（台）	20,200（元）	20,200.00	总价	无
3	电子天平	1.00（台）	3,700（元）	3,700.00	总价	无
4	摄像机	1.00（台）	7,500（元）	7,500.00	总价	无
5	温度采集器	6.00（台）	4,000（元）	24,000.00	总价	无
6	热流传感器及数据采集器	1.00（台）	30,000（元）	30,000.00	总价	无
7	风速测量仪	2.00（台）	56,800（元）	113,600.00	总价	无
8	5MW全尺寸热释放速率测量仪	1.00（台）	553,000（元）	553,000.00	总价	无

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	教学仪器	高低温冻融循环箱	高低温冻融循环箱

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	教学仪器	5MW全尺寸热释放速率测量仪	5MW全尺寸热释放速率测量仪

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1:

标的名称：高低温冻融循环箱

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1			▲1.介质温度范围：满足范围 -45℃～250℃ ▲2.控制系统：前馈PID ,无模型自建树算法，PLC控制器 3.温控模式选择：物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择 4.温差控制：设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 5.程序编辑：可编制5条程序，每条程序可编制40段步骤 ▲6.通信协议：MODBUS RTU 协议 RS 485接口 7.物料温度反馈： PT100 8.温度反馈： 设备进口温度、设备出口温度、反应器物料温度（外接温度传感器）三点温度 ▲9.导热介质温控精度：±0.5℃ ▲10.反应物料温控精度：±1℃ 11.加热功率：≥2KW 12.制冷剂：R-404A/R507C 13.接口尺寸：G3/4 14.隔爆尺寸：≥45×110×130 cm 15.正压尺寸(水)：≥110×95×195 cm 16.电源：380V，50Hz；功率：≥6.5kW
---	--	--	---

标的名称：气氛管式炉

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1. 输入电源/频率：220V/50Hz； 2. 整机功率：≥3KW； ▲3. 加热区域：≥40×350(mm) (炉膛区域)； 4. 炉管材质：刚玉管； 5. 最大压力：0.02Mpa； 6. 炉管承重：≥5kg 7. 加热元器件：硅碳棒； ▲8. 升温速率：≥10℃/min； ▲9. 额定温度：≥1400℃； 10. 工作温度：≤1400℃； ▲11. 控温精度：±1℃； 12. 热电偶：S型热电偶； 13. 物料载体材质：刚玉坩埚；

标的名称：3D打印机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1			▲1.打印速度及精度：工作速度10~120mm/s，精度±0.2mm 2.喷嘴类型及温度范围：大流量高散热蚊子喷嘴，室温~250℃ 3.喷嘴直径：0.4mm±10% ▲4.成型尺寸：500×400×600 mm 及以上 5.热床温度：室温~110℃ 6.丝杆组件：双Z轴滚珠丝杆 7.耗材倾向性：PLA/TPU/ABS/ASA 等 8.耗材直径：1.75±0.05mm 9.软件语言：简体中文/英文 10.环境要求：温度：5℃~40℃，湿度：20~50% 11.电源规格：AC220V 12.控制面板：≥4.3 英寸电容触摸屏 ▲13.调平方式：全自动补偿调平 14.支持文件格式：STL、OBJ、G-Code ▲15.正版操作系统
---	--	--	---

标的名称：箱式气氛炉

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			▲1.炉膛尺寸： L×W×H （300×200×200mm）±10% 2.炉膛材质：氧化铝陶瓷纤维 3.升温速率：≤20℃/min 4.工作温度：300~1250℃，额定温度1400℃ ▲5.控温精度：±1℃ 6.热电偶：S型热电偶 7.物料载体材质：刚玉坩埚 ★8.附件：配套真空泵

标的名称：电磁振动台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			★1.方向：xyz(前后，左右，上下) ▲2.频率：1~2000Hz 3.台面材质：冷板烤漆 ▲4.台面尺寸：≥500×500mm 5.振幅：0~5mm ▲6.分辨率：0.01Hz 7.波形：正弦波(全波/半波) 8.屏幕尺寸：≥7寸彩屏触摸

标的名称：液相色谱仪

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
			1、运行环境 1.1 环境温度： 4~35℃ 1.2 相对湿度： 20~85% 1.3 适用电源： AC220V， 50~60Hz （电源应含有地线） 2、技术规格 2.1 功能描述 用于食品分析、高分子材料、化学化工、环境科学、资源化学等领域物质的组分分析、定性和定量分析。 2.2 输液单元 2.2.1 泵型：串联双柱塞方式（主泵头47μL，副泵头23μL） 2.2.2 流量设定范围： 0.001 ml/min ~10.000mL/min 2.2.3 最大排液压力： 40.0MPa 2.2.4 流量准确度： ±1% (水, 1mL/min, 8MPa) ★2.2.5 流量精密度： 0.06%RSD 2.2.6 流动相数量： 低压梯度： 最大4 种溶液 2.2.7 送液脉动： ±0.08MPa（水， 1.0 mL/min， 8 MPa 送液时） 2.2.8 可恒压输液 2.2.9 柱塞清洗： 手工清洗 2.2.10 设定范围： 0~100% 0.1%增量 2.2.11 混合浓度精密度： 0.1%RSD 以内，流速为0.2 和1mL/min 时 2.2.12 梯度混合准确度： ±1%以内（对于水/咖啡因溶液的 二元梯度， 0.1~3mL/min， 1.0~40MPa） 2.2.13 安全措施： 漏液传感器， 高压、低压限制 2.3 脱气单元 ▲2.3.1 形式： 膜式在线脱气， 5 流路（4 流路用于流动相， 1 流路用于自动进样器清洗液）（提供实物照片）。 2.3.2 脱气流路容量： 400μL 2.3.3 耐压： ±0.1MPa（仅当用输送单元抽吸时,不可向主机加压输液。） 2.4 自动进样器 2.4.1 进样方式： 样品环进样， 进样量可变式 ▲2.4.2 耐压： ≥35MPa 2.4.3 进样量设定范围： 0.1~100μL（选配件可扩展

至2000 μ L)

2.4.4 样品容量: 1.5mL 样品瓶: 108 位

▲2.4.5 进样量重现性: 0.25%RSD 以下 (10 μ L 进样时)

▲2.4.6 交叉污染: 0.01% 以下

▲2.4.7 进样速度: 最快10s 以下(10 μ L 进样时)

2.4.8 反复进样次数: 1—30/样品

2.4.9 自动清洗进样针: 在进样前后任意设置

2.4.10 安全措施: 漏液传感器

2.4.11 PH 值范围: pH 1-9

2.4.12 功能: 具有编程、自动稀释、样品自动衍生功能

2.5 色谱柱温箱/储液瓶托盘

2.5.1 控温方式方式: 半导体模块加热方式

2.5.2 设定温度范围: 14-60 $^{\circ}$ C(1 $^{\circ}$ C步)

2.5.3 温度控制精度: $\pm 0.1^{\circ}$ C

2.5.4 温度控制范围: (室温+10 $^{\circ}$ C) -60 $^{\circ}$ C

2.5.5 柱温箱容量: 250mm 柱 $\times$ 1 支

2.5.6 可收容单元: 手动进样器一个

2.5.7 安全措施: 上限温度设置

2. 6二极管阵列检测器

▲2.6.1 带宽: 1.2nm、8nm, 可切换

2.6.2 波长范围: 190-800nm

2.6.3 波长准确度: 1nm以下

▲2.6.4 采样频率: 100Hz

▲2.6.5 噪音: $\pm 0.3 \times 10^{-5}$ AU(指定条件下)

2.6.6 漂移: 0.5×10^{-3} AU/h

★2.6.7温控池: 标准配备恒温池, 9 $^{\circ}$ C 至 50 $^{\circ}$ C, 步距为 1 $^{\circ}$ C (提供软件截图)

2.6.8 功能: 等高线输出, 光谱检索, 最大输出, 3D 输出

2.6.9 线性2.0 AU (ASTM 标准)

2.6.10 事件编程: 有, 10 个 (可储存多种检测方式)

2.7 系统控制器

2.7.1 可连接单元: 最多4 台

2.7.2 连接单元数: 5 个部件

2.7.3 数据缓冲: 约24 小时的1 个分析

2.7.4 事件输入出: 输入: 2 输出: 2

三、色谱工作站

		3.1 中文操作界面，工作站基于windows系统，数据传输基于主流的网络协议，确保数据真实可靠，符合cGMP标准。 3.2可以使用同一厂家工作站控制所有可扩展部件（包括输液泵、检测器等），进行数据采集和分析处理。 ★四、配置 4.1主机一台（四元泵系统） 4.2 色谱工作站一套 4.3自动进样器一套 4.4 二极管阵列检测器 一套 4.5可降温型柱温箱一个 4.6 五路脱气机一个 4.7 色谱柱一根
--	--	--

标的名称：油浴高压反应釜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			▲1.有效容积：≥5L 2.材质：316L ▲3.压力设计：≥12.5MPa 4.工作温度：≥300℃ ▲5.温度精度：±1℃ 6.搅拌转速：满足范围0-1000r/min 7.加热方式：导热油

标的名称：实验室蒸汽蒸压釜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1. 功率≥18Kw 2. 密封形式：硅胶 ▲3. 内锅尺寸：≥500×600mm ▲4. 工作压力：≥1.58Mpa 5. 设备材质：不锈钢或碳钢 ▲6. 产品样式：卧式

标的名称：六联磁力加热搅拌器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1			1.电源：交流220V 50Hz ▲2.调速范围： 起动～2600r/min 无级调速 3.恒温范围：室温～100℃(温度数显) 4.工作面直径：120mm×6组(单独控制) 5.加热功率：200W×6 ★6.最大搅拌容量：1000ml×6 7.定时：0～120分钟 8.外形尺寸：（85×28×12cm）±10%
---	--	--	--

采购包2:

标的名称：烟气流场激光记录装置

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			▲1.波长(nm)：532 ▲2.输出功率(mw)：2000～4000 3.功率调节：0～Pmax 4.工作模式：CW,TTL 5.功率稳定性(rms, over 4 hours)：<3% 6. 工作距离：3～20m 7. 片光源散角：45度 8.工作温度(℃)：10～35 9.预热时间(min)：<10 10. TTL调制频率：30K 11.寿命(hour)：≥10000

标的名称：气体质量流量控制器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1			▲1.校准条件下的质量流量精度：读数的$\pm 0.8\%$和满量程的$\pm 0.2\%$ ▲2.高精度选项：读数的$\pm 0.4\%$和满量程的$\pm 0.2\%$ 3.稳态控制范围：满刻度的0.5~100% 4.典型控制响应时间：150ms至63%的阶跃变化(T63)，可调 5.温度敏感性：质量流量要点漂移和量程漂移:从25℃开始，每℃为满量程的0.03% 6.压力灵敏度：质量流量零点偏移和跨度偏移:$\pm(0.08\%$的读数+0.02%的满刻度)每大气压从校准条件 7.工作温度范围：-10~60℃(可扩展范围) ▲8.温度精度：$\pm 0.75^\circ\text{C}$ 9.工作压力满刻度：60 PSIA ▲10. 传感器响应时间：$\leq 1\text{ms}$ 11.典型指示响应时间：127ms(可调) 12.典型预热时间：$\leq 1\text{s}$
---	--	--	---

标的名称：电子天平

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			▲1、百分比称重功能、密度称量直读功能、动物称量功能、设定物体称量计数功能、成本结算功能、上下限检重功能、毛/净/皮称量功能、峰值保持功能、累计功能 2.应变电阻式质量传感器，外部校准功能 ▲3.自动双量程、双精度 4.七级防震滤波可调 5. LCD大界面反相显示 6.称重稳定时间可调 7.有克、克拉、盎司等20多种可屏蔽单位 8.开关机自动锁定当前模式 9.内置日期、时间、温度显示可调功能 ▲10.安装插件，PC端天平数据可直读 ▲11. RS232通讯端口连接外围设备 12.下挂钩称量装置 13.内置直流可充电功能 ▲14.量程(kg): 50 ▲15.可读性(g): 0.1 16.重复性(g): ± 0.2 ▲17.线性误差(g): ± 0.2

标的名称：摄像机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			▲1.内存：≥64GB 2.清晰度：≥4K ▲3.像素：≥600万 4.变焦倍数：15～30倍 5.镜头滤镜直径：55mm ★6.防抖类型：光学防抖 7.传感器类型：CMOS

标的名称：温度采集器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1.显示方式：≥5寸TFT真彩液晶工业屏；清晰度：≥4K 2.显示形式：实时列表形式显示各个通道数据，表格形式可以切换为4通道，8通道，16通道，24通道，32通道同一个页面显示，超过32通道翻页显示 ★3.通道数量：40通道，且各个通道独立测温扩展至40通道测温速度一样快，具有良好抗高频，超高频干扰功能。允许350V直接带电测温，各通道可以独立校正温度值 4.热电偶类型：仪器允许接入K型，T型，J型热电偶 ★5.三种热电偶精度(精度与热电偶粗细及测温范围相关): ①K型热电偶：-100～1370℃精度±0.5℃+0.6℃; ②J型热电偶：-100～1200℃精度±0.5℃+0.6℃; ③T型热电偶：-100～400℃精度±0.5℃+0.5℃。 ▲6.温度仪分辨率：≤0.1 7.温标类型：摄氏温标及华氏温标可以切换 8.采样存储间隔：1s～999s可任意设置 9.通讯接口：USB和RS232 10.供电电源：220V±10%，50Hz/60Hz ≤5W；86-265V宽电压

标的名称：热流传感器及数据采集器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1			1.测速类型：总热流，纯辐射 2.结构：Gardon ▲3.量程：100kw/m ² 4.窗口：蓝宝石 ▲5.精度：±3% ▲6.非线性度：±2% 7.安装方式：光滑，法兰 8.冷却方式：水冷 ★9.传感器数量：4个（热流+温度） 10.存储：U盘
---	--	--	--

标的名称：风速测量仪

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			★1.风速范围： V0～50.0m/s V0=0.2m/s：0～99℃ V0=0.4m/s：100～199℃ V0=0.7m/s：200～299℃ V0=1.0m/s：300～400℃ ★2.风速精度： V0～4.99m/s：±0.15m/s 5.00～9.99m/s：±0.3m/s 10.0～24.9m/s：±0.75m/s 5.0～50.0m/s：±1.5m/s ▲3.耐受温度：0～500℃

标的名称：5MW全尺寸热释放速率测量仪

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
			1. 热释放速率测量范围：0.1～5MW； 2.可测试可燃物尺寸：≥4m×4m ★3.具备两种测试热释放速率方法：氧消耗法和质量损失率法 ▲4.烟罩及风管采用≥3mm厚不锈钢板制作（长度不低于18米），可耐受温度范围：0～500℃ 5. 配置独立2套烟气分析仪，且满足下列参数： ▲5.1配 O ₂ 、CO和CO ₂ 传感器 5.2操作温度：-5～50℃ 5.3电源：可充电电池组 3.7 V / 2.4 Ah; 电源 6.3 V / 2 A 5.4泵流量：0～6 L/min (恒定控制) ▲5.5最大烟气正压：50 mbar；最大烟气负压：-20

0mbar

▲5.6压差测量范围：-200~200hpa；压差测量精度： $\pm 0.5 \text{ hPa}$ (-49.9~49.9 hPa) $\pm 1.5 \%$ 测量值 (其余量程)；压差测量分辨率：0.1 hpa

▲5.7 O_2 测量范围：0~ 25 Vol.%；

O_2 测量精度： $\pm 0.2 \text{ Vol.}\%$ ；

O_2 测量分辨率：0.01 Vol.%；

响应时间 t_{90} ：<20s

▲5.8 CO (H_2 补偿)测量范围：0~10000ppm；

CO (H_2 补偿)测量精度： $\pm 10 \text{ ppm}$ 或 $\pm 10 \%$ 测量值 (0~200 ppm)， $\pm 20 \text{ ppm}$ 或 $\pm 5 \%$ 测量值 (201~2000 ppm)， $\pm 10 \%$ 测量值 (2001~ 10000 ppm)

CO (H_2 补偿)测量分辨率：1ppm

CO (H_2 补偿)测量响应时间 t_{90} ：<40s

5.9探头耐温： $\geq 1000^\circ\text{C}$

6.配置高温管道风速仪，满足的技术指标如下

▲6.1风速范围：

$V_0 \sim 50.0 \text{ m/s}$

$V_0 = 0.2 \text{ m/s}$ ：0~99 $^\circ\text{C}$

$V_0 = 0.4 \text{ m/s}$ ：100~199 $^\circ\text{C}$

$V_0 = 0.7 \text{ m/s}$ ：200~299 $^\circ\text{C}$

$V_0 = 1.0 \text{ m/s}$ ：300~400 $^\circ\text{C}$

▲6.2风速精度：

$V_0 \sim 4.99 \text{ m/s}$ ： $\pm 0.15 \text{ m/s}$

5.00~9.99m/s： $\pm 0.3 \text{ m/s}$

10.0~24.9m/s： $\pm 0.75 \text{ m/s}$

5.0~50.0m/s： $\pm 1.5 \text{ m/s}$

耐受温度：0~500 $^\circ\text{C}$

7.配置一台电子天平，且满足技术指标如下：

▲7.1最大量程(g)：70000

▲7.2分度值(mg)：100

7.3典型稳定时间(s)：1.5

7.4典型测量时间(s)：2

7.5接近最大量程处重复性 ($\pm \text{mg}$)：100

▲7.6线性 ($\pm \text{mg}$)：200

▲7.7偏心载重 (检验载重) mg(g)：300(10000)

7.8校准：内校

7.9调节水平：手动

▲8.配置1000支热电偶

			高温铠装K型热电偶200支，测温范围：1000℃ 中低温普通K型热电偶800支，测温范围：0~200℃ ★9.配置： 烟气分析仪2套；管道风速仪 1套；电子天平 1台 ；高温铠装K型热电偶200支；中低温普通K型热电偶 800支；热释放速率计算配套软件1套
--	--	--	--

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
无			

采购包2:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
无			

3.3.2.商务要求

采购包1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	合同签订之日起90日历日内完成交付、安装及调试。
2	★	交货地点	四川轻化工大学
3	★	支付方式	分期付款
4	★	付款进度安排	1、签订合同后，招标人接到中标人通知、中标人出具的合法、有效、完整的票据资料后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 2、全部货物安装调试完毕并验收合格，招标人接到中标人通知、中标人出具的合法、有效、完整的全额增值税专用发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00%
5	★	验收、交付标准和方法	按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《四川轻化工大学采购项目验收管理办法》（川轻化〔2020〕11号）以及招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与合同约定标准的要求进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由招标人在招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收

6	★	质量保修范围和保修期	质保期为全部货物综合验收合格后至少三年。在质保期内，同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，中标人应在一个月内无偿更换相同品牌、相同型号及同等功能的全新产品，并对产品质量实行“三包”服务且重新计算质保期。在质保期内软件免费升级，货物出现质量问题或发生故障，在接到招标人报修后，应于 1 小时内做出响应， 24 小时内提供故障解决方案， 72 小时内派出专业技术人员到现场进行维修处理，质保期内应承担调换修理的所有费用。如在 72 小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供招标人使用，以确保货物的正常使用。
---	---	------------	---

7	★	违约责任与解决争议的方法	一、违约责任：1、双方均应遵守本合同。招标人无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由招标人向中标人偿付合同总价的1%违约金；招标人未在合同规定时间内向中标人支付货款，每逾期1天招标人向中标人偿付欠款总额的0.3‰滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的2%。若因中标人原因在合同规定期限内无法交货，招标人有权终止合同，或经双方协商同意中标人继续履行合同，招标人将视情况在延迟交货期内每天按合同总额3‰的标准向中标人收取违约金，并提请招标人监督部门进行依法处理。因不可抗力力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条例处理。2、中标人应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给招标人造成的经济损失。（1）中标人交付的货物质量不符合合同规定的，中标人应向招标人支付合同总价的5%的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给招标人，否则，视作中标人不能交付货物而违约，按本条前款下述第“（2）”项规定由中标人偿付违约赔偿金给招标人。（2）中标人不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向招标人偿付逾期交货部分货款总额的0.3‰/天的违约金；逾期交货超过40天，招标人有权终止合同，中标人则应按合同总价的10%的款额向招标人偿付赔偿金，并须全额退还招标人已经付给中标人的货款及其利息（按银行一年期贷款利率）。（3）中标人货物经招标人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为中标人没有按时交货而违约，中标人须在30天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，招标人有权终止本合同，并向中标人索赔双倍经济损失。（4）中标人保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，中标人除应向招标人返还已收款项外，还应另按合同总价的10%向招标人支付违约金并赔偿因此给招标人造成的一切损失。（5）中标人偿付的违约金不足以弥补招标人损失的，还应按招标人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给招标人。3、若因中标人未按维修方案的承诺作出响应并到场维修排除故障或招标人电话通知中标人，未按承诺时限到场维修，超过1天未解决问题的，招标人有权追究中标人服务违约的相关责任。二、争议解决办法：1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由招标人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。2、合同履行期间若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，双方均可向招标人所在地人民法院提请诉讼。
---	---	--------------	---

8	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
---	---	---------	--

采购包2:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	合同签订之日起 90 日历日内完成交付、安装及调试。
2	★	交货地点	四川轻化工大学
3	★	支付方式	分期付款
4	★	付款进度安排	1、签订合同后，招标人接到中标人通知、中标人出具的合法、有效、完整的票据资料后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 2、全部货物安装调试完毕并验收合格，招标人接到中标人通知、中标人出具的合法、有效、完整的全额增值税专用发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00%
5	★	验收、交付标准和方法	按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《四川轻化工大学采购项目验收管理办法》（川轻化〔2020〕11号）以及招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与合同约定标准的要求进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由招标人在招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收
6	★	质量保修范围和保修期	质保期为全部货物综合验收合格后至少三年。在质保期内，同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，中标人应在一个月内无偿更换相同品牌、相同型号及同等功能的全新产品，并对产品质量实行“三包”服务且重新计算质保期。在质保期内软件免费升级，货物出现质量问题或发生故障，在接到招标人报修后，应于 1 小时内做出响应， 24 小时内提供故障解决方案， 72 小时内派出专业技术人员到现场进行维修处理，质保期内应承担调换修理的所有费用。如在 72 小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供招标人使用，以确保货物的正常使用。

7	★	违约责任与解决争议的方法	一、违约责任：1、双方均应遵守本合同。招标人无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由招标人向中标人偿付合同总价的1%违约金；招标人未在合同规定时间内向中标人支付货款，每逾期1天招标人向中标人偿付欠款总额的0.3‰滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的2%。若因中标人原因在合同规定期限内无法交货，招标人有权终止合同，或经双方协商同意中标人继续履行合同，招标人将视情况在延迟交货期内每天按合同总额3‰的标准向中标人收取违约金，并提请招标人监督部门进行依法处理。因不可抗力力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条例处理。2、中标人应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给招标人造成的经济损失。（1）中标人交付的货物质量不符合合同规定的，中标人应向招标人支付合同总价的5%的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给招标人，否则，视作中标人不能交付货物而违约，按本条前款下述第“（2）”项规定由中标人偿付违约赔偿金给招标人。（2）中标人不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向招标人偿付逾期交货部分货款总额的0.3‰/天的违约金；逾期交货超过40天，招标人有权终止合同，中标人则应按合同总价的10%的款额向招标人偿付赔偿金，并须全额退还招标人已经付给中标人的货款及其利息（按银行一年期贷款利率）。（3）中标人货物经招标人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为中标人没有按时交货而违约，中标人须在30天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，招标人有权终止本合同，并向中标人索赔双倍经济损失。（4）中标人保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，中标人除应向招标人返还已收款项外，还应另按合同总价的10%向招标人支付违约金并赔偿因此给招标人造成的一切损失。（5）中标人偿付的违约金不足以弥补招标人损失的，还应按招标人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给招标人。3、若因中标人未按维修方案的承诺作出响应并到场维修排除故障或招标人电话通知中标人，未按承诺时限到场维修，超过1天未解决问题的，招标人有权追究中标人服务违约的相关责任。二、争议解决办法：1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由招标人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。2、合同履行期间若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，双方均可向招标人所在地人民法院提请诉讼。
---	---	--------------	---

8	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
---	---	---------	--

3.4.其他要求

采购包1和采购包2均适用： ★1、产品包装：须提供全新的货物，包装良好，保证设备表面无划伤、无碰撞痕迹等，中标人需货物的装箱清单、零部件、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料； ★2、售后服务：在质保期外，中标人继续提供优质服务，产品的更换、维修只收取元器件成本费用，不收取人工技术费用及差旅费（包括机票，住宿，交通费）等。 ★3、保证对用户提供优质的售后服务，无偿为用户提供相关的技术支持、技术咨询，每年不低于两次上门维护保养，包括免费检修、保养、设计、安装，及时掌握其所供货物使用情况，进行有效的服务和管理；倾听用户的建议及意见，解决用户的实际问题，最大程度地满足用户需求。 ★4、中标人应按合同要求，在规定的时间及地点内，完成本项目的供货、安装调试及对招标人进行货物的使用操作和基本维护培训工作，并按培训计划为招标人免费培训维护人员。 ★5、投标人提供的投标文件中的内容须清晰可见，内容模糊不清的视为无效。 ★6、本项目涉及的标准、规范若已作废或未提及的，以国家最新的标准、规范为准。 7、投标人需根据本项目提供实施方案包含：（1）运输安装方案、（2）安全应急预案、（3）质量保证措施、（4）调试培训内容（以上内容详细的评审标准见综合评分表。） 8、投标人需根据本项目提供售后服务方案及售后服务能力包含：（1）产品故障报修服务流程、（2）售后服务人员配备、（3）售后服务体系及相关制度（以上内容详细的评审标准见综合评分表。） 9、履约能力：投标人应具有2019年01月01日（含）以来的类似案例。（以上内容详细的评审标准见综合评分表。）注：针对“3.3.服务要求”和“3.4.其他要求”内容，投标人应在“服务应答表”中响应。

第四章 资格审查

开标完成后，由采购人、代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对成功解密的投标文件中投标人资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

4.1.一般资格审查

采购包1：

序号	一般资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	具有独立承担民事责任的能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标文件封面 投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
3	具有健全的财务会计制度。	1.投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。2.投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求上传相应证明材料并进行电子签章。（①可提供2021-2023年度（任意一年）经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供2021-2023年度（任意一年）投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表、现金流量表、利润表）；③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④投标人注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）；⑤非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准或者提供承诺函；⑥投标人为自然人的提供承诺函（格式自拟）；⑦投标人也可提供财务会计制度承诺函（格式自拟）。）	具有健全财务会计制度的证明材料 投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

采购包2:

序号	一般资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	具有独立承担民事责任的能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标文件封面 投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
3	具有健全的财务会计制度。	1.投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。2.投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求上传相应证明材料并进行电子签章。（①可提供2021-2023年度（任意一年）经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供2021-2023年度（任意一年）投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表、现金流量表、利润表）；③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④投标人注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）；⑤非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准或者提供承诺函；⑥投标人为自然人的提供承诺函（格式自拟）；⑦投标人也可提供财务会计制度承诺函（格式自拟）。）	具有健全财务会计制度的证明材料 投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

4.2.落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	落实政府采购政策资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

采购包2:

序号	落实政府采购政策资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

4.3.特定资格审查

采购包1:

序号	特定资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

采购包2:

序号	特定资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

第五章 评标办法

5.1.总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标。

四、本项目采取电子评标，通过交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过交易系统传递，需要投标人电子签章的，投标人应按规定加盖电子印章。评标委员会成员在签署评标报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2.评标委员会

一、本项目评标委员会成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。财政部有特殊规定的，按照财政部有关规定执行。评审专家由代理机构采取随机方式在采购平台的评审专家库系统（以下简称“专家库系统”）抽取。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现评审专家请假、回避等情况时，采购人或者代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存投标人投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会应当履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）根据需要要求采购人、代理机构对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

（五）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（六）起草评标报告并进行签署；

（七）向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（八）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3.评标程序

5.3.1.熟悉和理解招标文件

评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及政府采购合同的内容等。

5.3.2.停止评标的情形

- 本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：
- 一、招标文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评标工作无法进行的；
 - 二、招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；
 - 三、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
 - 四、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
 - 五、招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定的；
 - 六、招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
 - 七、招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过交易系统向采购人、代理机构提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购人、代理机构应当将停止评标的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的投标人，并在四川政府采购网公告。采购人、代理机构认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.3.3.符合性审查

评标委员会依据本招标文件的符合性审查要求，对符合资格要求投标人的投标文件进行符合性审查。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	符合性审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	需要投标人进行承诺的实质性要求。	无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。	投标（响应）函
2	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。	报价一览表 报价明细表
3	符合招标文件的实质性要求（实质性要求）	投标人按照要求提供投标文件，并满足本招标文件的实质性要求，并按要求提供相关的证明材料。	报价一览表 投标人应提交的相关证明材料 报价明细表 产品技术参数表应答表 服务应答表

采购包2：

序号	符合性审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	需要投标人进行承诺的实质性要求。	无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。	投标（响应）函
2	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。	报价一览表 报价明细表
3	符合招标文件的实质性要求（实质性要求）	投标人按照要求提供投标文件，并满足本招标文件的实质性要求，并按要求提供相关的证明材料。	报价一览表 投标人应提交的相关证明材料 报价明细表 产品技术参数表应答表 服务应答表

投标文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，则按无效投标处理，并在评标报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

5.3.4 解释、澄清、说明有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。采购人或者代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当书面进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料是投标文件的组成部分。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不得影响投标人公平竞争。

三、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- （一）投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人经交易系统加盖电子印章确认提交后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

四、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

五、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或补正或者确认要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、评标委员会应当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效投标处理。

5.3.5 比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.3.6.评标委员会复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的的进行重点复核。

5.3.7.代理机构现场复核评审结果

一、评分汇总结束后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，代理机构应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评审结果或者重新评审，由评标委员会自主决定是否采纳代理机构的书面建议，并承担独立评审责任：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

二、评标委员会采纳代理机构书面建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构书面建议的，应当书面说明理由。代理机构书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为评标委员会评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中，评标委员会成员不得离开评审现场。

5.3.8.确定中标候选人名单

采购包1： 确定3名中标候选人。

采购包2： 确定3名中标候选人。

一、若采用综合评分法的，按投标人评审得分从高到低顺序排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评审得分且投标报价均相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；评审得分且投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在按投标人评审得分从高到低顺序排列环节前，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

二、若采用最低评标价法的，按投标人投标报价从低到高顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在对投标报价进行评标前，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人）；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一名投标人参加评标，其他投标无效。

5.3.9.出具评标报告

- 评标报告是评标委员会根据全体评标成员签署的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：
- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
 - 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
 - 三、评标方法和标准；
 - 四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
 - 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
 - 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
 - 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子印章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子印章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.3.10.评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.4.评标方法、细则及标准

5.4.1.评分办法

- （一）若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格审查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评标。
- 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×100
- 评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An
- F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；
- A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

- 说明：
- 1.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
 - 2.评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（二）若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.4.2.评标细则及标准

采购包1：

评审因素	评审标准
分值构成	详细评审70.00分 报价得分30.00分

评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	评标分值	客观/主 观	关联投标文件格式文 本
	技术要求	投标文件技术参数完全满足招标文件第三章“技术参数与性能指标”的得48分;投标文件技术参数与招标文件第三章“技术参数与性能指标”有负偏离的,按以下方式计算得分: 1.“▲”参数得分=(投标人满足“▲”参数的数量÷“▲”参数的总数量)×33分;招标文件中产品技术参数带“▲”号项的共33项。 2.一般参数得分=(投标人满足一般参数的数量÷一般参数的总数量)×15分;招标文件中产品技术参数非“▲”号项的共98项。 3. 投标人此项得分=一般参数得分+“▲”参数得分。 注: ①带“▲”为重要参数,技术参数中有明确要求的按要求提供相关材料,若未提供佐证材料或参数负偏离的皆视为不满足;未作要求的,提供相对应产品佐证的证明材料(产品彩页或产品说明书或检测报告并加盖投标人公章)。 ②未带“▲”和“★”为一般参数,一般参数中技术参数中有明确要求的按要求提供相关材料,若未提供佐证材料或参数负偏离的皆视为不满足;未要求提供的以投标人应答为准。 ③无子项的要求,按该项扣分;有子项要求的,按照最末尾子项进行计算	48.00	客观	投标人应提交的相关证明材料 产品技术参数表应答表

详细评审	实施方案	根据投标人提供的实施方案进行综合评定，包括：（1）运输安装方案、（2）安全应急预案、（3）质量保证措施、（4）调试培训内容。1.投标人每提供一项以上内容的得0.5分，最多得2分，未提供不得分。2.以上单项内容对应本次采购项目的采购需求，符合采购人需求且保证项目实施的（内容对应本次采购项目的采购需求，符合采购人需求且保证项目实施是指：方案内容与本项目服务内容及要求对应，不存在凭空编造、内容前后不一致，服务地点错误，内容缺失，阐述存在逻辑错误的情形，不存在内容无法实施或与实际实施存在差异，不存在套用其他项目的情形），每有一项内容符合加1.5分，最多加6分。	8.00	主观	项目方案
	售后服务方案及售后服务能力	根据投标人提供的售后服务方案及售后服务能力进行综合评定，包括：（1）产品故障报修服务流程、（2）售后服务人员配备、（3）售后服务体系及相关制度。1.投标人每提供一项以上内容的得0.5分，最多得1.5分，未提供不得分。2.以上单项内容对应本次采购项目的采购需求，符合采购人需求且保证项目实施的（内容对应本次采购项目的采购需求，符合采购人需求且保证项目实施是指：方案内容与本项目服务内容及要求对应，不存在凭空编造、内容前后不一致，服务地点错误，内容缺失，阐述存在逻辑错误的情形，不存在内容无法实施或与实际实施存在差异，不存在套用其他项目的情形），每有一项内容符合加1.5分，最多加4.5分。	6.00	主观	项目方案

	履约能力	1.提供投标人自2019年01月01日（含）以来的类似案例，每提供1份得1.5分，最多得6分，未提供则不得分。（注：提供完整的合同复印件，时间以合同签订时间为准。）2.投标人承诺在质保期3年的基础上，每增加1年加1分，最多得2分。（注：提供质保期承诺函原件并加盖投标人公章，格式自拟。）	8.00	客观	投标人应提交的相关证明材料
价格分	报价	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为基准价，其价格分为满分，投标报价得分=（基准价/投标报价）*30。	30.00	客观	报价一览表 报价明细表

采购包2:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	评标分值	客观/主观	关联投标文件格式文本

	技术要求	投标文件技术参数完全满足招标文件第三章“技术参数与性能指标”的得48分;投标文件技术参数与招标文件第三章“技术参数与性能指标”有负偏离的,按以下方式计算得分: 1.“▲”参数得分=(投标人满足“▲”参数的数量÷“▲”参数的总数量)×33分;招标文件中产品技术参数带“▲”号项的共33项。 2.一般参数得分=(投标人满足一般参数的数量÷一般参数的总数量)×15分;招标文件中产品技术参数非“▲”号项的共55项。 3. 投标人此项得分=一般参数得分+“▲”参数得分。 注: ①带“▲”为重要参数, 技术参数中有明确要求的按要求提供相关材料, 若未提供佐证材料或参数负偏离的皆视为不满足; 未作要求的,提供相对应产品佐证的证明材料 (产品彩页或产品说明书或检测报告并加盖投标人公章)。 ② 未带“▲”和“★”为一般参数, 一般参数中技术参数中有明确要求的按要求提供相关材料, 若未提供佐证材料或参数负偏离的皆视为不满足; 未要求提供的以投标人应答为准。 ③无子项的要求, 按该项扣分; 有子项要求的, 按照最末尾子项进行计算。	48.00	客观	投标人应提交的相关证明材料 产品技术参数表应答表

详细评审	实施方案	根据投标人提供的实施方案进行综合评定，包括：（1）运输安装方案、（2）安全应急预案、（3）质量保证措施、（4）调试培训内容。1.投标人每提供一项以上内容的得0.5分，最多得2分，未提供不得分。2.以上单项内容对应本次采购项目的采购需求，符合采购人需求且保证项目实施的（内容对应本次采购项目的采购需求，符合采购人需求且保证项目实施是指：方案内容与本项目服务内容及要求对应，不存在凭空编造、内容前后不一致，服务地点错误，内容缺失，阐述存在逻辑错误的情形，不存在内容无法实施或与实际实施存在差异，不存在套用其他项目的情形），每有一项内容符合加1.5分，最多加6分。	8.00	主观	项目方案
	售后服务方案及售后服务能力	根据投标人提供的售后服务方案及售后服务能力进行综合评定，包括：（1）产品故障报修服务流程、（2）售后服务人员配备、（3）售后服务体系及相关制度。1.投标人每提供一项以上内容的得0.5分，最多得1.5分，未提供不得分。2.以上单项内容对应本次采购项目的采购需求，符合采购人需求且保证项目实施的（内容对应本次采购项目的采购需求，符合采购人需求且保证项目实施是指：方案内容与本项目服务内容及要求对应，不存在凭空编造、内容前后不一致，服务地点错误，内容缺失，阐述存在逻辑错误的情形，不存在内容无法实施或与实际实施存在差异，不存在套用其他项目的情形），每有一项内容符合加1.5分，最多加4.5分。	6.00	主观	项目方案

	履约能力	1.提供投标人自2019年01月01日（含）以来的类似案例，每提供1份得1.5分，最多得6分，未提供则不得分。（注：提供完整的合同复印件，时间以合同签订时间为准。）2.投标人承诺在质保期3年的基础上，每增加1年加1分，最多得2分。（注：提供质保期承诺函原件并加盖投标人公章，格式自拟。）	8.00	客观	投标人应提交的相关证明材料
价格分	报价	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为基准价，其价格分为满分，投标报价得分=（基准价/投标报价）*30。	30.00	客观	报价明细表 报价一览表

价格扣除

采购包1:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 %（以“ C1 ”表示）	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	落实支持中小企业发展政策	符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。	15.00%	价格扣除计算公式： 评审价=响应报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。注：价格扣除比例满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）要求。	报价一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

采购包2:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 %（以“ C1 ”表示）	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	落实支持中小企业发展政策	符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。	15.00%	价格扣除计算公式： 评审价=响应报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。注：价格扣除比例满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）要求。	报价一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

优先采购产品评审细则

采购包1:

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

采购包2:

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

5.5.废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的（如本项目采购包涉及核心产品，经符合性审查，提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家）；
 - 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 - 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
 - 四、因重大变故，采购任务取消的；
- 废标后，代理机构将在四川政府采购网上公告。

5.6.定标

本项目授权评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序直接确定1名中标人，确认后代理机构在四川政府采购

网发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

5.7.评标委员会义务

评标委员会在政府采购活动中应当履行下列义务：

- 一、遵守评审工作纪律；
- 二、按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- 三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- 四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，投标人行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- 五、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- 六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- 七、法律、法规和规章规定的其他义务。

5.8.评标委员会成员工作纪律

评标委员会成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

- 一、严格遵守政府采购法律制度关于评标委员会成员回避的规定。
- 二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。
- 三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- 四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- 五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。
- 六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
- 七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标（响应）函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关证明材料

详见附件：报价一览表

详见附件：报价明细表

详见附件：产品技术参数表应答表

详见附件：服务应答表

详见附件：具有健全财务会计制度的证明材料

详见附件：项目方案

采购包2:

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标（响应）函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关证明材料

详见附件：报价一览表

详见附件：报价明细表

详见附件：产品技术参数表应答表

详见附件：服务应答表

详见附件：具有健全财务会计制度的证明材料

详见附件：项目方案

第七章 拟签订合同文本

详见附件：拟签订合同文本.docx